



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 5. januar 2012
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMCSH
Sags nr.: 1114012
Dok nr.: 755425

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 13. december 2011 stillet følgende spørgsmål nr. SUU 153 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. SUU 153:

"Ministerens kommentarer udbedes til henvendelse fra HELPAN vedrørende hjertestartere, jf. SUU alm. – bilag 99, ministeren bedes herunder oplyse hvorledes ministeren forholder sig til følgende udsagn i henvendelsen: "Men hvad med alle de – private som firmaer – der blot køber en AED, i den tro at så klarer AED'en resten?"

Svar:

Jeg synes ligesom HELPAN, at det er vigtigt at kvalificere anvendelsen af hjertestartere i Danmark. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger vedrørende hjertestartere placeret uden for sygehus, som blev offentliggjort i starten af november 2011.

I disse anbefalinger adresseres mange af de forhold, som HELPAN nævner i deres henvendelse. Som eksempler herpå kan nævnes:

Anbefaling 1

Hjertestartere opsat i Danmark bør registreres centralt på hjertestarternetværket. Alle hjertestartere opsat af stat, regioner og kommuner skal registreres, og skal fremgå af en offentlig tilgængelig oversigt som f.eks. hjertestarter.dk. Producenter og/eller forhandlere af hjertestartere bør opfordre købere til at registrere hjertestartere.

Samtidigt bør der en gang årligt følges op på alle registrerede hjertestartere, for at sikre, at den angivne placering er korrekt, og at hjertestarterne er funktionsduelige.

Anbefaling 8

Hjertestartere bør synliggøres med det anbefalede internationalt anerkendte grønne skilt, som altid bør udleveres i forbindelse med erhvervelse af hjertestarteren.

Anbefaling 9

Der bør med faste tidsintervaller sendes automatiske elektroniske påmindelser til den ansvarlige instans for at tjekke hjertestarterens operationsduelighed

Anbefaling 15

Uddannelse i brug af hjertestarter skal følge internationale og nationale anbefalinger. Fremadrettet tilstræbes det, at der undervises i både hjertelungeredning og brugen af hjertestartere.

Disse anbefalinger skal bl.a. medgå til at sikre en forståelse af, at en indkøbt og opsat hjertestarter i sig selv blot udgør en del af en effektiv behandling af hjertestop.

Der er ingen planer om at udarbejde en egentlig bekendtgørelse, som skal opstille nogle lovmæssige krav til forhandlerne i forbindelse med salg af hjertestartere.

I forhold til selve hjertestarterne kan jeg oplyse, at de skal opfylde kravene i bekendtgørelse 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr, som implementerer EU-kommissionens direktiv 931421EØF i Danmark, og være CE-mærket, før de må markedsføres og ibrugtages i Danmark.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Christian Skov Hansen