



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 3. februar 2012
Enhed: Sundhedsøkonomi
Sagsbeh.: DEPSIE
Sags nr.: 1200959
Dok nr.: 791946

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 6. januar 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 185 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 185:

” Kan ministeren oplyse hvad det vil koste at få fjernet de franske brystimplantater og hvad det vil koste, at udskifte de franske implantater? ”

Svar:

Der findes ingen præcise opgørelser over omkostningerne ved at få fjernet de franske brystimplantater, eller hvad det koster at udskifte de franske implantater på de enkelte sygehuse.

I DRG-systemet vil en fjernelse eller udskiftning af brystimplantat som udgangspunkt indgå i DRG 0916 ”Plastikkirurgiske operationer på hud, underhud og mamma” med en takst på 33.415 kr.

Lægemiddelstyrelsen oplyser på deres hjemmeside 5. januar 2012, at der på kendes til i alt 66 brystimplantater fra den franske producent PIP, som kan være anvendt i Danmark. Implantaterne er under mistanke for at lække silikone hyppigere end andre implantater. Samtidig er den silikone, der er anvendt, ikke godkendt til brystimplantater. En mistanke om øget kræftisiko for brugerne af implantater er - med den nuværende viden - ikke korrekt.

Lægemiddelstyrelsen har i april og september 2010 både kontaktet klinikker og sygehuse direkte om denne problemstilling – og advaret bredt gennem dagspressen

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr / Signe Elholm