



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 21. februar 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: DEPMHE
Sags nr.: 1201501
Dok nr.: 824329

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. januar 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 260 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 260:

"Kan ministeren oplyse det præcise antal personer, der i Danmark har fået indopereret en kunstig hofte af mærket ASR og hvor mange, der har haft problemer efter de har fået den nye hofte?"

Svar:

Ifølge oplysninger, som Lægemiddelstyrelsen har indhentet fra producenten af hofteproteserne og dennes danske forhandler, har 618 personer i Danmark fået indopereret hofteimplantatet af mærket ASR fra firmaet DePuy.

Jeg kan desuden oplyse, at Patientforsikringen til dato har tilkendt 10 personer erstatning som følge af skader, der kan relateres til metal-mod-metal hofteimplantatet. ASR-hofteimplantater er metal-mod-metal implantater. Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt der i disse sager er tale om ASR-implantater eller ej.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr / Mette Touborg Heydenreich