



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 21. februar 2012
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: DEPMHE
Sags nr.: 1201501
Dok nr.: 824498

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. januar 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 262 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 262:

"Vil ministeren tage kontakt til de britiske myndigheder, for at gøre brug af deres studier og for at få grundlaget for at de har forbudt hofteimplantaterne af mærket ASR? "

Svar:

Jeg kan oplyse, at DePuy, som er producenten af ASR-hofteimplantatet, selv har tilbagekaldt produktet fra det europæiske marked. Det skete den 24. august 2010. De engelske myndigheder har således ikke forbudt markedsføring af produktet.

De engelske myndigheder orienterede den 9. september 2010 alle udstyrsmyndighederne i EU, herunder Lægemiddelstyrelsen, om sagen.

Lægemiddelstyrelsen har den 14. februar 2012 taget kontakt til de engelske myndigheder og anmodet om eventuelle uddybende faglige rapporter om sagen.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr / Mette Touborg Heydenreich