



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [sum@sum.dk](mailto:sum@sum.dk)  
W [sum.dk](http://sum.dk)

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 28. september 2012  
Enhed: Sygehuspolitik  
Sagsbeh.: hek  
Sags nr.: 1208011  
Dok nr.: 1033087

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. juli 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 758 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 758:

"Hvordan vil ministeren sikre, at andre sygehuse ikke oplever samme problem som Slagelse Sygehus, jf. DR artiklen "719 tilbydes hiv-kontrol efter fejl" den 19. juli 2012?"

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har jeg bedt Region Sjælland om en redegørelse for hændelsesforløbet i forbindelse med en defekt specialvaskemaskine på Slagelse Sygehus i foråret. Region Sjælland oplyser følgende:

"Der er på samtlige sygehuse i Region Sjælland procedurer for sterilisering af utensilier.

Det kan oplyses, at den pågældende skop-vaskemaskine er solgt i mange lande i verden. Leverandøren har undersøgt, om den pågældende fejl har været konstateret på andre maskiner. Dette er ikke tilfældet. Det må således antages, at præcist denne fejl er en enkeltstående hændelse. Leverandøren har i øvrigt oplyst, at firmaet nu har inkluderet kontrol af adaptorers gennemstrømning i deres kvalitetssikringsprogram."

Jeg kan henholde mig til Region Sjællands svar.

Med venlig hilsen

Astrid Krag / Helle Krarup