



ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTEREN

1. februar 2013

**Besvarelse af spørgsmål 105 alm. del stillet af Socialudvalget den 19. december 2012 efter ønske fra Karina Adsbøl (DF)**

ERHVERVS- OG  
VÆKSTMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

**Spørgsmål:**

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18/12-12 fra Anker Mortensen, Holbæk, vedr. varesikringssystemer og kørestolsbrugere, jf. SOU alm. Del – bilag 124.

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85  
evm@evm.dk  
www.evm.dk

**Svar:**

Jeg kan godt forstå, at Anker Mortensen føler sig meget generet af, at varesikringssystemer i butikker udløses af hans kørestol.

Jeg har bedt Erhvervsstyrelsen, der administrerer reglerne vedrørende elektriske forstyrrelser, om at undersøge problemstillingen nærmere.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at varesikringssystemer er omfattet af reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. De danske regler er baseret på EU-regler, som imidlertid ikke stiller krav til, hvorledes varesikringssystemer skal være indrettet for at undgå forstyrrelser på de anvendte frekvenser.

Sundhedsstyrelsen har desuden oplyst, at el-kørestole er omfattet af reglerne i lov om medicinsk udstyr. El-kørestole skal konstrueres således, at faren for at skabe elektromagnetiske felter, som kan påvirke andet udstyr, der er anbragt i el-kørestolens sædvanlige omgivelser, mindskes mest muligt for at sikre elektronisk og elektrisk sameksistens mellem forskellige apparater. De danske regler på området er baseret på EU-regler, og grænseværdierne for uønsket udstråling er fastsat i EU-harmoniserede standarder. Der er dog ikke fastsat krav til den elektromagnetiske udstråling, som el-kørestole må udsende i frekvensområder, som anvendes af varesikringssystemer.

Erhvervsstyrelsen har kontaktet firmaet Invacare A/S, der har leveret el-kørestolen til Anker Mortensen, med henblik på at finde en løsning på problemet. Firmaet har ikke tidligere fået henvendelser om, at deres el-kørestole aktiverer varesikringssystemer. Firmaet har derfor tilbudt at undersøge Anker Mortensens el-kørestol for at vurdere, om der evt. er en teknisk fejl på kørestolen, eller om der på anden vis kan findes en teknisk løsning på problemet. Jeg har derfor bedt Erhvervsstyrelsen om at sætte Anker Mortensen i kontakt med firmaet Invacare A/S.