



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 16-06-2017
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPISH
Sagsnr.: 1704127
Dok. nr.: 377348

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 22. maj 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 890 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 890:

”Ministeren bedes redegøre for kvaliteten af de udbudte høreapparater i henholdsvis privat som offentligt regi”

Svar:

Amgros er Regionernes lægemiddelorganisation og gennemfører udbud af medicinsk udstyr på vegne regionerne, herunder udbud og indkøb af høreapparater.

Til brug for min besvarelse har Amgros overfor ministeriet oplyst, at udbuddet af høreapparater er delt op i en række behandlingskategorier, hvor der ved indkøb tages højde for brugernes forskellige grader af høretab, kompleksitetsniveau og efterspørgsel til ny teknologi. Amgros stiller krav til, at de tilbudte høreapparater er målt af et uafhængigt teknisk institut i henhold til en række internationale standarder, og herudover er en række tekniske mindstekrav til apparaterne og tilhørende udstyr opstillet. Disse mindstekrav er udarbejdet i samarbejde en ekspertgruppe bestående af ørelæger, audiologpæder og audiologiassistenter.

Hvad angår kvaliteten af høreapparater indkøbt i privat regi, er det fastsat i bekendtgørelsen om høreapparatbehandling, at DELTA Teknisk Audiologisk Laboratorium udsteder godkendelse til private forhandlere, der opfylder kravene i § 2 i bekendtgørelse om godkendelse af private forhandlere af høreapparater. Til brug for min besvarelse har DELTA Teknisk Audiologisk Laboratorium til ministeriet oplyst, at der ikke stilles krav til kvaliteten af selve høreapparaterne i forbindelse med tilsynsførelsen udover, at apparaterne skal være CE mærkede, som er et europæisk regelsæt for medicinsk udstyr.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Ida Stube Holst