



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 15-03-2019  
Enhed: JURPSYK  
Sagsbeh.: DEPCSP  
Sagsnr.: 1604285  
Dok. nr.: 810130

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. januar 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 1 (L 128 – Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 1:

”Ministeren bedes oplyse, om der er fortilfælde, hvor man på sundhedsområdet har givet erhvervslivet en indfasningsperiode på 10 år til at indrette sig på loven, som har til formål at varetage forbrugernes sikkerhed og mindste forbrugernes helbredsmæssige risici.”

Svar:

Jeg går ud fra, at der spørges til den foreslåede overgangsperiode for indfasning af krav om, at lasere, der anvendes til fjernelse af tatoveringer, skal være CE-mærket i overensstemmelse med forordning 2017/745/EU af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, der finder anvendelsen den 26. maj 2020.

Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger, er hensynet bag den foreslåede overgangsperiode at give mulighed for, at virksomheder, der anvender lasere, der er anskaffet inden den 26. maj 2020, får en passende mulighed for at indrette sig på det ændrede krav. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriets oplysninger koster en laser i størrelsesordenen 500.000 kr. – 2. mio. kr.

Overgangsperiodens længde er derfor fastlagt ud fra en forventning til udstyrets skønnede restlevetid.

Men jeg vil også gerne understrege, at køber virksomheden nyt udstyr i overgangsperioden, da skal det selvfølgelig opfylde forordningens krav om CE-mærkning.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Cecilie Salejärvi Pedersen