



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

## Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 15-03-2019  
Enhed: JURPSYK  
Sagsbeh.: DEPCSP  
Sagsnr.: 1604285  
Dok. nr.: 831288

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. januar 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 37 (L 128 – Forslag til lov om fjernelse af tatovering med laser) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

### Spørgsmål nr. 37:

”Ministeren bedes oplyse, om der er andre EU-lande, der har indført tilsvarende lovgivning om fjernelse af tatovering med laser. Og i bekræftende fald redegøre for indholdet af andre landes regler og som minimum for eventuelle pligter og krav til virksomheder, tilsyn, håndhævelse, klagemulighed og sanktionsmuligheder i andre landes lovgivning.”

### Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet følgende bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som jeg kan henholde mig til:

”Styrelsen for Patientsikkerhed har efter anmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet tidligere forespurgt Sverige, Norge, Island og Finland om disse landes regler for, hvem der må fjerne tatovering med laser, og om landene har krav om særlige kompetencer, viden eller uddannelse for at have ret til at fjerne tatovering med laser, og i så fald hvilke.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan oplyse, at lasere inddeles i klasser efter, hvor stærke og farlige de er. Lasere til fjernelse af tatovering tilhører klasse 4.

### Norge

I Norge er det læger, der ved medicinsk og kosmetisk behandling må anvende lasere i klasse 4.

### Finland

I Finland må kun sundhedspersoner fjerne tatovering med laser.

### Island

I Island betragtes fjernelse af tatovering med laser som medicinsk behandling. Det er læger, som har ansvar for anvendelse af lasere i klasse 4. Ved andres anvendelse af laser i klasse 4 omfatter lægens ansvar, at de har fået tilfredsstillende instruktion og træning i brug af laseren, enten på basis af anerkendt uddannelse eller med individuel instruktion og træning i brugen, så de kender til brugen af udstyret og den risiko, der er forbundet med dets brug.

Sverige

Styrelsen for Patientsikkerhed har i første omgang ikke forespurgt rette myndighed og har derfor endnu ikke modtaget svar fra Sverige.”

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Cecilie Salejärvi Pedersen