



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 26-05-2020
Enhed: FOPS
Sagsbeh.: DEPLINB
Sagsnr.: 2007293
Dok. nr.: 1220108

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 19. maj stillet følgende spørgsmål nr. 1117 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Geertsen (V).

Spørgsmål nr. 1117:

”Berlingske oplyser den 14. maj 2020, at der benyttes vatpinde til at pøde patienter i forbindelse med test i TestCenter Danmarks telte til trods for, at man for flere år siden er gået væk fra at bruge vatpinde til at pøde med på hospitalerne, fordi vatpindene kan forstyrre resultatet af testen. Ministeren bedes på den baggrund redegøre for, hvorfor man benytter vatpinde i testteltene?”

Svar:

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Statens Serum Institut, som kan oplyse følgende:

”Det er korrekt, at der i Testcenter Danmark anvendes vatpodepinde til prøvetagning. Dette valg er sket ud fra, at præmissen for aktiviteterne i Testcenter Danmark ikke må forhindre tilsvarende aktiviteter i regionerne. Da der er mangel på de i regionerne anvendte prøvetagningsæt (eSwabs), har det været nødvendigt at anvende et alternativ i Testcenter Danmark. Valget på vatpodepinde er sket, da erfaringer inden for det veterinære område viser, at disse fungerer tilfredsstillende til prøvetagning. Endvidere har undersøgelser i Test-center Danmark bekræftet, at man ved anvendelse af vatpodepinde opnår en tilfredsstillende analytisk og klinisk følsomhed.”

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Statens Serum Institut.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Line Bork