



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

## Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 02-02-2021  
Enhed: BESS  
Sagsbeh.: DEPHSJE  
Sagsnr.: 2101079  
Dok. nr.: 1572092

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 5. januar 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 560 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 560:

”Hvor mange falsk positive regner man med, at der er ved CRP-test?”

Svar:

Sundhedsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag til Statens Serum Institut, der oplyser følgende:

”Det antages, at der med spørgsmålet menes: Hvor mange falsk positive regner man med, at der ved PCR-test.

PCR-test har meget få falsk-positive svar. En test specificitet beskriver, hvor ofte, der kommer falsk-positive svar (en person får besked om, at prøven er positiv, selvom den i virkeligheden er negativ). Både designet, valideringen og udførelse af de diagnostiske PCR-test tilskriver en meget høj specificitet på over 99,9 %.

Falsk-positive svar er dog et generelt fænomen, der gælder for alle covid-19 PCR-tests. Det kan aldrig udelukkes, at der er enkelte falsk-positive, men det er vurderingen, at det antal falsk-positive svar, der eventuelt måtte være er ganske ubetydeligt, og SSI har da heller ikke kendskab til konkrete falsk-positive svar.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Helene Skude Jensen