



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Transportudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark

Dato: 30. august 2021
Kontor: Politikontoret
Sagsbeh: Louise Møbius Heid-
mann
Sagsnr.: 2021-0032/45-0039
Dok.: 2046782

Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 667 (Alm. del) fra Folketingets Transportudvalg

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 667 (Alm. del), som Fol-
ketingets Transportudvalg har stillet til justitsministeren den 28. juni 2021.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karina
Lorentzen Dehnhardt (SF).

Nick Hækkerup

/

Christian Fuglsang

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 667 (Alm. del) fra Folketingets Transportudvalg:

”Vil ministeren med henvisning til artiklen »Færdselsbetjent med 37 års erfaring: Vi ville kunne fange langt flere narkobilister med ét enkelt værktøj – men Rigspolitiet har nølet i flere år« bragt af Berlingske den 25. juni 2021 redegøre for processen med at sende hurtige narkotest i udbud, herunder hvad forventningen er til, hvornår de kan sættes i drift, og hvad forventningen er til driftsomkostningerne?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Rigspolitiet ikke er bekendt med hvilke ”lyntest” der henvises til i artiklen »Færdselsbetjent med 37 års erfaring: Vi ville kunne fange langt flere narkobilister med ét enkelt værktøj – men Rigspolitiet har nølet i flere år«.

Rigspolitiet anvender i dag testen Dräger Drugtest 5000, hvor analysetiden er 5-8 minutter. Valget af Dräger Drugtest 5000 er bl.a. baseret på instrumentets nøjagtighed, således at det sikres, at politiet ikke unødigt sigter personer, der ikke er påvirket af bevidsthedspåvirkende stoffer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at testens indikering af påvirkethed ikke er den eneste faktor, der indgår i politiets bedømmelse af en trafikants påvirkethed, idet politiet ligeledes anvender tid på samtale med trafikanten samt kontrol af trafikantens fysiske reaktioner.

Rigspolitiet er ud over den anvendte Dräger Drugtest 5000 ligeledes bekendt med forskellige engangstest på markedet, hvoraf nogle tillige opfylder kravet om at være tilstrækkelig pålidelige til at kunne anvendes i politimæssig øjemed. Disse test har dog også en analysetid på 5-8 minutter.

En afkortelse af ovennævnte analysetid vil umiddelbart betyde, at testene skal konfigureres med en højere ”cut-off værdi” (værdien for hvornår, testen indikerer et positivt resultat), hvilket vil medføre en mere upræcis indikering af narkopåvirkethed. Rigspolitiet er således ikke bekendt med andet narkoscreeningsudstyr, der med samme pålidelighed som de kendte produkter, vil kunne foretage testen hurtigere end de 5-8 minutter.

Den nuværende aftale er gældende indtil 15. januar 2023 inkl. option på forlængelse. Rigspolitiet er ved at forberede et udbud af narkotestere, og her bliver såvel apparater (narkometre) som

éngangstestere vurderet. Der har været gennemført markedsdialog, hvor forskellige produkter har været fremvist. Udbuddet forventes afsluttet ultimo 2022.”