



## SUNDHEDSMINISTERIET

Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

### Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 02-02-2022  
Enhed: FOPS  
Sagsbeh.: DEPCEB  
Sagsnr.: 2119583  
Dok. nr.: 2094834

Folketingets Sundhedsudvalg har den 13. december 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 229 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 229:

”Hvad er årsagen til, at veterinærpersonale ikke beskyttes for røntgenstråler som andet sundhedspersonale, når der foretages røntgen?”

Svar:

Til brug for min besvarelse har jeg indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Veterinærpersonale er beskyttet på samme måde og efter de samme regler som andet sundhedspersonale, når der foretages røntgen. Reglerne fremgår af strålebeskyttelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Kravet om, at personalet skal beskyttes, følger af de overordnede krav om optimering i § 18 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse samt af de specifikke krav om beskyttelse mod spredt stråling i § 18 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer.

Det kan derudover bemærkes, at Bilag 11, pkt. 2.1.2 i BKG 671/2019 stiller krav om, at der skal være passende værnemidler til rådighed i forbindelse med hvert røntgenapparat.

Der er en række andre bestemmelser i BKG 669/2019, der i tillæg til den overordnede bestemmelse om optimering er væsentlige for beskyttelse af veterinærpersonalet, som fx yderligere brug af tekniske hjælpemidler til at støtte dyret under optagelserne. Ifølge §39 i BKG 671/2019 skal dyret så vidt muligt immobiliseres ved bedøvelse eller anvendelse af tekniske hjælpemidler. Dette, så personalet, som radiografer ved undersøgelse af mennesker, kan forlade undersøgelsesrummet, når røntgenundersøgelsen gennemføres. I Bilag 11, pkt. 2.1.1 i BKG 671/2019 stilles krav om tilgængelighed af tekniske hjælpemidler til at støtte dyret.”

Sundhedsstyrelsen oplyser, at samtlige bekendtgørelser med hjemmel i strålebeskyttelsesloven forventes at blive gennemgået for evt. tilpasning i foråret 2022. Endvidere gør Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at en vejledning rettet mod veterinærmedicin indgår i Sundhedsstyrelsens program for nye vejledninger i 2022 parallelt med den reviderede lovgivning.

Afslutningsvist oplyser Sundhedsstyrelsen, at de samarbejder med veterinærsygeplejerskeuddannelsen i Kolding og KU's Universitetshospital for Familiedyr om blandt andet undervisning og vidensudveksling på området. Sundhedsstyrelsen har ved tilsyn i de senere år i højere grad sat fokus på dyrlægernes billedoptimering og berettigelse, samt er ved at indhente sikkerhedsvurderinger hos de dyrlæger, der skal have en tilladelse til brug af røntgen.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Cecilie Elmer Brandborg